



申请单号: 20082125611e3101

计量标准更换申报表

申请单位名称	北京市延庆区计量检测所		
计量标准名称	0.05级数字压力计标准装置	代码	12417603
测量范围	(-100~0) kPa、(0~250) kPa、(0~2.5) MPa、 (0~4) MPa、(0~6) MPa、(0~25) MPa、(0~40) MPa、 (0~60) MPa		
不确定度或准确度等级或最大允许误差	0.05级		
计量标准考核证书号	[2007]京量标法(延)证字第1684号	计量标准考核证书有效期	2023年08月27日

计量标准器及主要配套设备更换登记

更换前	名称	型号	测量范围	不确定度或准确度等级或最大允许误差	制造厂及出厂编号	检定或校准证书号
	绝缘电阻表	ZC-7	(0~500) MΩ	10.0级	北京远东仪表有限公司 :96121243	DA19J-BB000099
更换后	绝缘电阻表	ZC-7	(0~500) MΩ	10.0级	上海第六电表厂有限公司 :96121243	DA20J-BB000399

更换的情况: 计量标准器更新; 计量标准器增加; 计量标准器减少; 主要配套计量设备更新; 主要配套计量设备增加; 主要配套计量设备减少; 其他;

更换的原因: 计量检定规程或计量技术规范变更; 原计量标准器或主要配套设备出现问题; 工作量发生变化; 其他;

更换后测量范围, 不确定度或准确度等级或最大允许误差, 以及开展检定或校准项目的变化情况: 发生变化; 未发生变化;

主持考核的单位意见:

同 意

(代章)

2020 年 08 月 25 日